NOBIL-METAL® DENTAL ALLOYS & SOLDERS	**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'** DECLARATION OF CONFORMITY	CE 0546

Il fabbricante - *the manufacturer*

Nobil-Metal Spa

Strada San Rocco, 28 - 14018 Villafranca d'Asti - ITALY

DICHIARA - *DECLARES*

sotto la propria responsabilità che i dispositivi medici
under his responsibility that the medical devices

Dispositivo medico *Medical device*	saldami per uso dentale *solders for dental use*
Identificazione dei dispositivi *Devices identification*	SOLDER LV SOLDER LV15
Classificazione sec. allegato IX 93/42MDD *Classification acc. to annex IX 93/42MDD*	Classe - *Class* IIa Regola - *Rule* 8

soddisfano i requisiti essenziali dell'Allegato I della Direttiva 93/42/CEE e S.M.
satisfy the essential requirements of annex I directive 93/42/EEC and following changes

soddisfano le disposizioni applicabili della Direttiva 93/42/CEE e S.M.
meets all the provisions of the directive 93/42/EEC which apply to it

soddisfano le norme tecniche applicabili:
UNI EN ISO 9333 per saldami dentali
complies with applicable technical standards:
EN ISO 9333 for dental solders

vengono commercializzati in confezione NON STERILE
are commercialized with NON-STERILE packaging

Il procedimento di produzione è conforme a quanto previsto dall'Allegato II della Direttiva 93/42/CEE e S.M., approvato con certificato n° 25220 da CERTIQUALITY, organismo notificato n° 0546 Via Giardino 4 - 20123 Milano, prima emissione 28.05.2003, emissione corrente con scadenza 17.01.2023.
the Quality Assurance System operated by Nobil-Metal Spa is in compliance with the requirements directive 93/42CEE annex II, approved by Notified Body CERTIQUALITY N° 0546 Via Giardino, 4 - 20123 Milan, certificate n° 25220 first issue 28.05.2003, current certificate with expiration date 17.01.2023.

Persona e indirizzo di conservazione della documentazione tecnica:
Representative of the technical documentation:
Aldo Mantovani - Strada San Rocco, 28 - 14018 Villafranca d'Asti

Villafranca d'Asti
18.05.2018

L'amministratore Delegato
The Managing Director
Giuseppe Venturini